

SL*-GLUCOSE (Enzymatic-colorimetric, End Point)

اطلاعات سفارش:

محتویات و بسته بندی:

نام کیت	شماره سفارش	محتویات	دستگاه
SL-GLUCOSE	613003	2 × 125 mL	MPR*
SL-GLUCOSE	613004	4 × 125 mL	MPR
SL-GLUCOSE FOR Selectra	613114	5 × 25 mL	SELECTRA Pro M/Pro XL
SL-GLUCOSE FOR Hitachi	613151	5 × 50 mL	HITACHI 911/912
SL-GLUCOSE FOR B.T	613184	4 × 50 mL	B.T 1500/3000/3500

*MPR: Multi-Purpose Reagent

این کیت جهت اندازه گیری کمی غلظت گلوکز با روش دستی و انواع دستگاه های اتوآنالایزر می باشد و محتویات آن باید فقط برای فعالیت های تشخیص آزمایشگاهی (IVD) مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه:

گلوکز کربوهیدرات شش کربنه بوده که در اثر متابولیسم آن، انرژی مورد نیاز جهت اکثر فعالیت های سلولی تامین می شود. غلظت گلوکز در خون توسط هورمون های مختلفی از جمله انسولین و گلوکاگون کنترل و تنظیم می شود. کاربرد اصلی اندازه گیری غلظت گلوکز در خون، شناسایی و درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع I و II می باشد. سایر ناهنجاری های مربوط به غلظت گلوکز خون (هیپرگلیسمی و هیپوگلیسمی) می تواند به دلیل تومور پانکراس، بیماری های کبدی، اختلال غده تیروئید و سایر غدد درون ریز باشد.



اصول:

اندازه گیری غلظت گلوکز به روش آنزیمی، رنگ سنجی (Colorimetric, Enzymatic, End Point) طبق واکنش زیر انجام می شود:

GOD



POD



(Red colour)

GOD: Glucose Oxidase, POD: Peroxidase, 4-AA: 4-Aminoantipyrine

شدت رنگ تولید شده متناسب با غلظت گلوکز می باشد.

معرف:

(Phosphate buffer (pH 7.4)	13.8	mmol/L
Phenol	10	mmol/L
4-Aminoantipyrine (4-AA)	0.3	mmol/L
Glucose oxidase (GOD)	≥ 10000	U/L
Peroxidase (POD)	≥ 700	U/L

آماده سازی:

محلول ها به صورت آماده برای مصرف می باشد.

نگهداری و پایداری:

در صورت نگهداری در دمای 2-8 درجه سانتی گراد و محافظت از نور، کیت تا تاریخ انقضای درج شده روی جعبه پایدار است.

بهداشت، ایمنی و دفع مواد زائد:

جهت حذف و دور ریز تمام پسماندها طبق الزامات قانونی و محلی عمل شود. برای جلوگیری از آلودگی معرفها، از وسایل تمیز یا یکبار مصرف استفاده نمایید. هنگام کار از دستکش استفاده کنید. از تماس معرفها با پوست و چشم خودداری کرده و در صورت تماس، موضع را با آب شستشو دهید.

نمونه ها: (12,13)

نمونه سرم عاری از همولیز، پلاسما می هپارینه یا EDTA به همراه سدیم فلوراید یا سدیم یدواستات.

نمونه	پایداری		
	فریزر (روز)	یخچال (روز)	اتاق (ساعت)
سرم	30	7	24

جداسازی نمونه های سرم و پلاسما باید طی 30 دقیقه پس از نمونه گیری انجام شود. نمونه های پلاسما که بلافاصله پس از جداسازی مورد سنجش قرار نمیگیرند باید در لوله های حاوی سدیم فلوراید یا یدواستات یا هر ماده مهارکننده گلیکولیز نگهداری شود.

روش انجام آزمایش:

505 nm (500-546)

طول موج:

37 °C

دما:

1 cm

قطر کووت:

دستگاه را در مقابل بلانک صفر کنید

نمونه	استاندارد	بلانک	
-	-	10	آب مقطر (μL)
-	10	-	استاندارد (μL)
10	-	-	نمونه (μL)
1000	1000	1000	معرف کاری (μL)

مخلوط کنید و پس از 10 دقیقه آنکوباسیون در 37 درجه سانتی گراد یا 30 دقیقه در 25 درجه سانتی گراد، جذب نوری نمونه و استاندارد را در مقابل بلانک اندازه گیری کنید. رنگ ایجاد شده تا 30 دقیقه پایدار است.

محاسبات:

در سرم و پلاسما:

$$\frac{\text{abs Sample}}{\text{abs Standard}} \times \text{Conc. Std/Cal (mg/dL)} = \text{Conc. Glucose (mg/dL)}$$

ضریب تبدیل واحد:

$$\text{Glucose [mg/dL]} \times 0.05551 = \text{Glucose [mmol/L]}$$

مقایسه روش ها:

در مقایسه انجام شده جهت ارزیابی کیت گلوکز شرکت من (Y) با کیت تجاری گلوکز (X) روش Enzymatic Hexokinase-UV، بر روی 71 نمونه بیمار با محدوده غلظت 26-423 mg/dL نتایج زیر به دست آمده است:
Correlation Coefficient: (r)= 0.9993
Linear regression: Y= 1.0491 (x) – 1.8 mg/dL

عوامل مداخله گر:

کدورت ناشی از تری گلیسیرید تا غلظت 600 mg/dL باعث تداخل نمی شود.	کدورت:
بیلی روبین Indirect تا غلظت 6mg/dL در نمونه های نرمال و تا غلظت 11mg/dL در نمونه های پاتولوژیک باعث تداخل نمی شود.	بیلی روبین Indirect :
بیلی روبین Direct تا غلظت 2.1mg/dL در نمونه های نرمال و تا غلظت 25mg/dL در نمونه های پاتولوژیک باعث تداخل نمی شود.	بیلی روبین Direct :
هموگلوبین تا غلظت 5g/L باعث تداخل نمی شود.	هموگلوبین:
اسید اسکوریک تا غلظت 7mg/dL باعث تداخل نمی شود.	اسید اسکوریک

مراجع:

- Sacks, D.B., Carbohydrates. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 5th Ed., Burtis, C.A. & Ashwood, E.R. (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (2001), 427.
- Dods, R.F., Diabetes Mellitus. Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation, 4th Ed. Kaplan, L.A, pasce, A.J., Kazmierczak, S.D., (Mosby, Inc, Eds St Louis USA), (2003), 580.
- Tietz, N.W., Clinical guide to laboratory tests, 4rd Ed. (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (2006), 444
- Burrin JM., Price CP., Measurement of blood glucose. Ann.Clin.Biochem. (1985), 22, 131.
- Passey RB, Gillum RL, Fuller JB, Urry FM, Giles ML. Evaluation and comparison of 10 glucose methods and the reference method recommended in the proposed product class standard Clin.Chem(1977), 23, 131.
- Kaplan, A.L., Carbohydrate and metabolites. Clinical Chemistry: Theor, Analysis, Correlation, 2nd Ed. Kaplan, L.A, Pasce, A.J., (Mosby, Inc. eds St Louis USA), (1989), 850.
- Vassault A., et al., Ann Bio. Clin., (1986), 44, 686.
- Vassault A., et al., Ann Bio. Clin., (1999), 57, 685.
- Berth, M. & Delanghe, J., Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature, Act Clin Belg., (2004), 59, 263.
- Young, D.S., Effects of preanalytical variable on clinical laboratory tests, 2nd Ed. AACC Press, (1997).
- Young, D.S., Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th Ed. AACC Press, (1995).
- <https://www.mayocliniclabs.com>
- Peter E., Gus Koerbin., Methods in Clinical chemistry, Kaplan and Pesce's : Clinical Chemistry:Theory, Analysis, Correlation, (2009), 651.

علائم:



Temperature limitation



Catalogue number



Manufacture address



Expiration date



Batch code



Date of manufacture



In vitro diagnostic medical device



Reagent 1



Consult instruction for use

دامنه مرجع: برگرفته از کتاب Tietz, N.W., Clinical guide to laboratory tests⁽³⁾

واحد	دامنه مرجع	سن	نمونه
mg/dL	40-60 50-80	نوزاد: آروزه: بیشتر از آروزه:	سرم
	60-100	کودکان	
	74-106 82-115 75-121	بالغ: 90-60 سال: بیشتر از 90 سال:	
		شاخص WHO/ADA جهت تشخیص دیابت: Fasting: 2hpp	
	≥126 ≥200		

توصیه میگردد هر آزمایشگاه دامنه مرجع خود را تعیین کند.

کنترل کیفی:

جهت انجام کنترل کیفی داخلی توصیه می گردد از کنترل های

MAN NORM (ELITROL I), REF: 613046

و برای انجام کالیبراسیون از MAN PATH (ELITROL II), REF: 613047

یا استاندارد گلوکز REF: 613074 که توسط شرکت

من تامین می گردد استفاده شود.

ویژگی ها و کارایی کیت:

محدوده اندازه گیری:

Measuring Range: 20-600 mg/dL

Limit Of Blank (LOB): 0.0695 mg/dL

Limit Of Detection (LOD): 0.119mg/dL

Limit Of Quantification (LOQ): 20 mg/dL

غلظت های بالاتر از 600mg/dL را به نسبت 1 قسمت از نمونه + 2 قسمت از سرم فیزیولوژی رقیق نموده (1/3) و جواب آزمایش در عدد 3 ضرب شود.

حساسیت تجزیه ای (Analytical Sensitivity): میانگین تغییرات سیگنال جذب نوری به ازای یک mg/dL گلوکز، $0.37 \times 10^{-2} \Delta A$ می باشد.

(نتایج حاصله براساس دستگاه SELECTRA PROM می باشد)

دقت:

آزمایشها با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر در دمای 37 °C انجام شده است.

Within-run:

Level	n	Mean (mg/dL)	CV (%)
Low	20	43	1.2
Medium	20	87	0.8
High	20	264	1.46

Between-run:

Level	n	Mean (mg/dL)	CV (%)
Low	92	44	1.1
Medium	91	87	1.6
High	91	273	0.8